

**CERTIFICADO DE CALIBRACION****SMD - 17051**

Solicitante : **COOL CHAIN S.A.**  
 Atención Sr(a) : Alex Salomón

Orden de Trabajo : 306944  
 Fecha de Emisión : 2003-12-10



**División Metrología - Laboratorio de Calibración en la Magnitud Temperatura**  
**Acreditación LC - 006 según Guía ISO/IEC 25**

**IDENTIFICACION**

Descripción : Termómetro digital  
 Marca : EVIDENCIA , modelo Logger  
 N° de Serie : 001045  
 Rango de Medida : -10°C a 40°C  
 Mínima División : 0.1°C  
 Inmersión : Ambiente  
 Identificación del Cliente : Sin información

**CONDICIONES Y FECHA DE CALIBRACION**

Procedimiento : PCE 131/700-303  
 Fecha de Calibración : **04 de Diciembre del 2003**  
 Sello de Calibración : 61846

**CONDICIONES AMBIENTALES**

Lugar de Calibración : CESMEC, División Metrología - Laboratorio de Temperatura  
 Temperatura : ( 22 ± 5 ) °C  
 Humedad : ( 42 ± 10 ) %rh

**TRAZABILIDAD DE LA CALIBRACION**

Patrón utilizado : Sistema Termométrico Digital  
 Código Interno : TR0-03 / TR1-11  
 Certificado N° : DKD0020  
 Trazabilidad : LC de Temperatura, Chile

**RESULTADOS [°C]**

Indicación de Instrumento	Indicación de Patrón	Error de Indicación	Incertidumbre (k=2)
-9.3	-10.0	0.7	0.5
0.3	0.0	0.3	0.5
23.0	23.0	0.0	0.5
39.9	40.0	-0.1	0.5

**Rosamel Pizarro A**  
**Supervisor Area de Temperatura**